

UNGUATOR® Gerätevergleich

Unguator	B/R	e/s	QMS	2100
mögliche Rezepturgrößen	15 - 200 ml	15 - 500 ml	15 - 500ml	15 - 1000 ml
Einsatzdauer	Pause nach Herstellung	Pause nach Herstellung	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb
Hubführung	von Hand	automatisch	automatisch	automatisch
Leistung Rührmotor	550 W	220 W	250 W	550 W
Leistung Hubmotor	-	50 W	50 W	50 W
Schutzklasse	I	I	I	I
Zeiteinstellung	-	digital 0 - 9:55 Min	Programmgesteuert oder bis 60 Minuten programmierbar	Programmgesteuert oder bis 120 Minuten programmierbar
Umdrehungen pro Minute	ca. 300 - 2000 U/min	650 - 2100 U/min	600 - 2400 U/min	250 - 2500 U/min
Rührgeschwindigkeit	stufenlos mit Drehzahlregler	10 Rührstufen wählbar	Programmgesteuert oder 10 Rührstufen wählbar	Programmgesteuert oder 10 Rührstufen wählbar
Besonderheiten	Basisgerät mit Handführung für die Herstellung von wenigen Rezepturen im Monat	digitale Zeitanzeige und Einstellung der Rührgeschwindigkeit in Stufen	hinterlegte Rührprogramme für halb feste NRF-Rezepturen und apothekenübliche Stammzubereitungen, Speicherung von individuellen Rezepturen möglich und Skalierung der Rührparameter auf andere Rezepturgrößen, Ausgabe einer Identnummer	hinterlegte Rührprogramme für apothekenübliche Rezepturen, Anlegen von eigenen Rührprogrammen möglich, Ausgabe einer Identnummer
Gewicht	6,8 kg	9,5 kg	13,6 kg	16,7 kg
Maße (L x B x H) in mm	275 x 180 x 500	300 x 300 x 650	320 x 220 x 600	356 x 221 x 642
Prüfzeichen	TÜV GS	TÜV GS	TÜV GS	TÜV GS

Wartungsempfehlung für die UNGUATOR® Geräte

Alle 20.000 Rezepturen oder nach 5 Jahren



UNGUATOR® B/R

UNGUATOR® e/s

UNGUATOR® QMS

UNGUATOR® 2100

UNGUATOR® TECHNOLOGY

BY
A. Koniętzko
ALBRECHT KONIĘTZKO - PHARMACIST & INVENTOR